



باسمه تعالی

موسس و مسئول فنی محترم داروخانه...

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۶۶۵/۴۳۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص عوارض مشاهده شده محلول چشمی ATPvisc و عطف به نامه شماره ۵۸/۳۶۳۴۴/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت (پیوست) در خصوص عوارض مشاهده شده به دنبال استفاده از محلول چشمی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با نام تجاری ATPvisc ساخت شرکت ابزار طب پویا به شماره سری ساخت 2597011S677 با تاریخ انقضاء ۲۰۲۱/۰۷ و پیرو گزارشات دریافتی از بیمارستان امام خمینی ره آباد به بدینوسیله الزام توقف مصرف فراورده مذکور با شماره بیج و تاریخ انقضاء فوق تا زمان تکمیل فرایند بررسی و انجام آزمایشات لازم اعلام میگردد. (۷۱۰۸۲۶۱)

دکتر جبرائیل موفق

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه

رونوشت :

- دبیر محترم انجمن داروسازان خراسان رضوی جهت اطلاع رسانی
- سرکار خانم مهندس ربانی جهت درج در پایگاه اطلاع رسانی معاونت غذا و دارو
- مدیریت محترم نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل - واحد بازرسی و واحد تدارک و توزیع جهت اطلاع و اقدام